

ОКП 42 1841

СИСТЕМА ТАК-011-03

Паспорт

1255. 011 003 ПС
006

N 1073

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Система ТАК-011-03Дата выпуска декабрь 2014г.

Заводской номер _____

Предприятие-изготовитель ПАО "Мукачевирбор"2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ2.1. Диапазон измерений $0 \div 800^{\circ}\text{C}$ 2.2. Диапазон сигнализации -2.3. Число контролируемых точек 122.4. Номинальная статическая характеристика преобразования K 2.5. Питание 127^{+15}_{-19} В, 50 ± 1 Гц.

2.6. Потребляемая мощность – 10 В·А.

2.7. Пределы основной приведенной погрешности при измерении (сигнализации), выраженные в процентах от верхнего предела измерений (сигнализации) без учета погрешностей, вносимых термопреобразователями, равны

для измерений - $\pm 1,0$,для сигнализации - $\pm 1,5$.

2.8. Пределы допускаемой вариации равны абсолютному значению предела допускаемой приведенной основной погрешности измерений.

2.9. Полный средний срок службы системы 12 лет.

2.10. Полный средний ресурс системы 30000 ч.

2.11. Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в приложении 2.

2.12. Сведения о содержании цветных металлов приведены в приложении 3.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в табл. 1

Таблица 1

Наименование	Кол., шт.	Заводской номер	Примечание
Система ТАК-011 – 03	1		Приложение 1
в составе:			
- автокомпенсатор <u>АК-010-01</u>	1		
- переключатель кнопочный ПК – 051-01	1		
- коробка соединительная КС-375	1		
Сухарь 4Б8.366.015	8		
Винт ЛТ-06.007.04	8		
Одиночный комплект ЗИП	1		
Паспорт 1255.011.003/006 ПС	1 экз.		
Паспорт 1245.010/020.001 ПС	1 экз.		
Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1255.011.001 ТО	1 экз.		
Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1245.010/020.001 ТО	1 экз.		

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Система ТАК-011 - 03 заводской номер _____

соответствует техническим условиям ТУ 25-05-1766-75 и признана годной для эксплуатации.



Дата выпуска декабрь 2014г.

Главный инженер _____

Начальник ОТК _____

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Система ТАК-011 - 03 заводской номер _____

подвергнута на предприятии-изготовителе консервации согласно требований, предусмотренным инструкцией по эксплуатации.

Дата консервации 29.12.2014

Срок консервации 3 года

Консервацию произвел [подпись]

Изделие после консервации
принял [подпись]



6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Система ТАК-011 - 03 заводской номер 1073

упакована на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по эксплуатации.

Дата упаковки 29.12.2014

Упаковку произвел [подпись]

Изделие после упаковки
принял [подпись]



7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается продолжительностью в 2,5 года с момента сдачи объекта Генеральному заказчику.

В случае установки системы на действующем объекте гарантийный срок эксплуатации устанавливается 2,5 года с момента установки на действующем объекте.

7.2. Если в течение гарантийного срока эксплуатации система окажется несоответствующей техническим условиям на поставку, изготовитель обязан по требованию заказчика устранить в кратчайший, технически возможный срок обнаруженные дефекты путем исправления либо замены дефектных систем и узлов.

Поставка новых систем или узлов должна быть произведена, не ожидая возвращения дефектных.

Все расходы, связанные с заменой дефектных систем или узлов относят за счет предприятия-изготовителя за исключением случаев, когда дефекты образовались по вине заказчика в результате неправильного хранения или обслуживания с нарушением заказчиком инструкции по эксплуатации.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. Получатель предъявляет рекламацию предприятию-изготовителю при несоответствии поставленной ему системы ТУ 25-05-1766-75 или условиям договора.

8.2. Рекламацию предъявляют по типовой форме рекламационного акта, составленного получателем и представителем предприятия-изготовителя.

8.3. Рекламацию не предъявляют:

по истечении гарантийного срока эксплуатации системы;

при нарушении получателем правил эксплуатации, хранения, транспортирования систем, предусмотренных эксплуатационной документацией, ТУ 25-05-1766-75 и условиями договора.

8.4. Регистрацию предъявленных рекламаций, их краткое содержание, меры, принятые по рекламациям и дату восстановления системы проводят в табл. 2.

Таблица 2

Причины для рекламации	Дата и номер рекламационного акта	Принятые меры	Дата восстановления системы

9. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Учет неисправностей при эксплуатации проводится в табл. 3.

Таблица 3

Дата и время отказа изделия или его составной части. Режим работы, характер нагрузки	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего изделия	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примечание

10. УЧЕТ РАБОТЫ
(УЧЕТ ЧАСОВ РАБОТЫ)

Таблица 4

Дата	Цель включения (запуска) в работу	Источник питания	Время включения (запуска)	Время выключе- ния (остановки)	Продолжи- тельность работы

ВЕДОМОСТЬ
запасных частей (специнструмента)
одиночного комплекта ЗИП

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Модуль функциональный	1	* Находится в автокомпенсаторе
Ключ торцовый S 10	1	
Вставка плавкая ВПБ6-Г (6Б160)	10	
Отвертка 7810-0928 3В H12X ГОСТ 17199-88	1	

* Размещен на одной печатной плате с основным модулем.

Приложение 2

Сведения о содержании драгоценных материалов

Обозначение системы	Наименование драгметалла	
	Золото, г	Серебро, г
ТАК-011-03	0,1436027	1,7453592
ТАК-011-04	0,2320855	2,0605476
ТАК-011-05	0,1436027	1,9844592
ТАК-011-06	0,2320855	2,2996476

Наименование металлов, сплавов	Количество цветных металлов, содержащихся в изделии, кг										Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома при полном износе изделия и его списании, кг										Возможность демонтажа деталей и узлов при списании изделия
	Классификация по группам (ГОСТ 1639-78)																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Алюминий и алюминисые сплавы			0,281	8,955							ТАК-011-05, ТАК-011-06										Возможно
2. Медь и сплавы на медной основе			0,176	1,599						0,081			0,176	8,955	1,599					0,081	Возможно
3. Олово и оловянно-свинцовые сплавы		0,395																	0,395		Невозможно