



МАНОМЕТР ПОКАЗУЮЧИЙ МП

ПАСПОРТ

Ф62.830.006 ПС

LIZANTAN.COM

## 1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

1.1 Манометр показуючий МП (далі – манометр) призначений для вимірювання надлишкового тиску рідин, газів і пари неагресивних до бронзи, латуні, вуглецевих і легированих сталей, сплавів цих металів.

1.2 Манометр МП 100-02-1,0-40 МПа

1.3 Заводський номер 0005

1.4 Дата виготовлення 09.02.2016

Підприємство-виробник: *Україна, ВАТ Івано-Франківський завод "Промприлад"*

## 2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1 Верхня границя вимірювань 40 МПа

2.2 Клас точності 1,0

2.3 Вимірюване середовище \_\_\_\_\_

(заповнюється тільки для кисню)

2.4 За стійкістю до дії кліматичних факторів манометр відповідає виконанню У, категорії розміщення 3 за ГОСТ 15150-69, але для роботи при температурі від мінус 60 °С до 50 °С та відносній вологості навколишнього повітря до 95 % при 35 °С і більш низьких температурах без конденсації вологи.

2.5 Габаритні та приєднувальні розміри і маса згідно з ФБ2.830.006 НЕ.

## 3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Комплектність постачання наведена в таблиці.

Таблиця - Комплектність постачання

| Позначення документа | Назва та позначення                                | Кількість | Примітка                              |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| ФБ2.830.006          | Манометр показуючий МП                             | 1 шт.     | Виконання згідно замовлення споживача |
| ФБ2.830.006<br>ПС    | Манометр показуючий МП<br>Паспорт                  | 1 прим.   |                                       |
| ФБ2.830.006<br>НЕ    | Манометр показуючий МП<br>Настанова з експлуатації |           | Згідно замовлення споживача           |

#### 4 СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПЕРВИННУ ПОВІРКУ

Манометр МП 100-02-1,0-40 МПа заводський номер 0005  
відповідає технічним умовам ТУ У 3.48-05782912-036-96 і визнаний придатним  
для експлуатації.



Підпис особи, відповідальної  
за приймання [signature]  
(підпис) (розшифрування підпису)



Державний повірник

(рік, місяць, число)

(підпис) (розшифрування підпису)

2016 02. 12.  
(рік, місяць, число)

#### 5 СВИДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Манометр (крім кисневого виконання) МП 100-02-1,0-40 МПа  
заводський номер 0005 упакований на ВАТ Івано-Франківський завод  
«Промприлад» згідно вимог конструкторської документації.

Дата пакування \_\_\_\_\_

Пакування виконав \_\_\_\_\_

(підпис) (розшифрування підпису)

(рік, місяць, число)

#### 6 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

6.1 Виробник гарантує відповідність манометра вимогам  
ТУ У 3.48-05782912-036-96 при дотриманні споживачем умов транспортування,  
зберігання, монтажу та експлуатації, установлених настановою з експлуатації  
Ф62.830.006 НЕ.

6.2 Гарантійний термін експлуатації - 18 місяців з дня введення в  
експлуатацію, але не більше 24 місяців з дня виготовлення.

6.3 Дата вводу в експлуатацію \_\_\_\_\_, номер акта і дата  
його затвердження керівництвом підприємства – споживача \_\_\_\_\_.

Примітка 3. Кисневий манометр, який пред'являється на перевірку, повинен супроводжуватися письмовою гарантією власника про обезжирювання манометра.

[illegible]