

42175-11010



Прибор КПП1-613

Предел измерения 0-20 mV

П А С П О Р Т

19 В - П С

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

Потенциометры КПП1, КППУ1, уровневешенные мост КПМ1 предназначены для измерения и сигнализации (регулирования) температуры и других величин, изменения значения которых может быть преобразовано в изменение постоянного тока и активного сопротивления.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|---------|
| 2.1. Основная погрешность приборов по показаниям, выраженная в % от нормирующего значения, не должна превышать | ± 0,5 |
| 2.2. Вариация показаний не превышает абсолютного значения основной погрешности | |
| 2.3. Погрешность сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от нормирующего значения не должна превышать | ±1,5 |
| 2.4. Длина основной шкалы, мм | 300 |
| 2.5. Длина шкалы для установки указателей задачи регулирующих устройств, мм | 100 |
| 2.6. Диапазон установки указателей задачи сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от длины шкалы | 10...90 |
| 2.7. Диапазон установки указателей задачи выходных устройств, % от длины шкалы | 0..100 |

2.8. Приведенное сопротивление реостатного выходного устройства для дистанционной передачи показаний, Ом	—
2.9. Приведенное сопротивление реостатного датчика со 100% зоной пропорциональности Ом	330 ± 40
2.10. Сопротивление реостатного датчика для программных регулирующих устройств,	620+70
2.11. Габаритные размеры прибора, мм	160x200x500
2.12. Напряжение питания, V	220 ± ²² ₃₃
Частота, Hz	50
2.13. Потребляемая мощность, VA, не более	20
2.14. Вероятность безотказной работы в течении 2000h	0,85
2.15. Срок службы, лет	10
2.16. Масса прибора, kg, не более	12,5
2.17. Быстродействие, s не более	5
2.18. Максимальная частота вибрации прибора, Гц	25
амплитуда, мм	0,1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки прибора входят:

1. Прибор (в соответствии с заказом)	1 шт.
2. Ключ к прибору	1 шт.
3. Угольник для крепления прибора	2 шт.
4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации прибора 40В-ТО.Э	1 шт.
5. Паспорт на прибор 14В-ПС	1 шт.
6. Паспорт на усилитель	1 шт.
7. Приставка ДВН-01 (по требованию заказчика поставляется за отдельную плату).	1 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор К17П1-613 заводской номер 32055

соответствует ГОСТ 7164-78 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 17 10 201 7 г.

Представитель ОТК завода



5. СВИДЕТЕЛЬСТВО УПАКОВКИ

Прибор упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки <<17>> 10 . 20 17 г.

Упаковку произвел _____

Прибор после упаковки принял _____



6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения приборов-6 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца с момента ввода прибора в эксплуатацию.