



ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Паспорт
530.282.030 ПС

1 Основные сведения о термопреобразователе сопротивления

1.1 Обозначение типа	ТСР- <u>1088</u>
1.2 Исполнение	<u>542822081-65</u>
1.3 Наименование и почтовый адрес изготовителя	ПАО "Электротермометрия" 43001, г. Луцк, Волынская обл., ул. Ковельская, 40

2 Основные технические данные

2.1 Рабочий диапазон, °C	от <u>200</u> до <u>500</u>
2.2 Условное обозначение номинальной статической характеристики преобразования (НСХ)	<u>507</u> по ДСТУ 2858-94 (ГОСТ 6651-94)
2.3 Номинальное сопротивление при 0°C, Ом	<u>50</u>
2.4 Класс допуска	<u>B</u>
2.5 Предел допускаемого отклонения от НСХ при температуре верхнего предела измерения при изготовлении, °C	$\pm$ <u>2,8</u>
2.6 Условное давление, P_y , МПа	<u>10</u>
2.7 Длина монтажной части, мм	<u>200</u>
2.8 Материал монтажной части защитной арматуры	<u>12 X 18H10T</u>
2.9 Значение отношения сопротивления при 100°C к сопротивлению при 0°C (W_{100})	<u>1,3910</u>
2.10 Сведения о содержании драгоценных материалов, г, не более:	
платина	<u>0,043</u>
серебро	<u>2,775</u>
платинородий	<u>0,072</u>

Примечание: Масса драгоценных материалов каждой марки – среднее арифметическое из общей массы, затраченной на изготовление партии термопреобразователей сопротивления.

3 Комплектность

Термопреобразователь	– 1 шт.
Паспорт	– 1 экз.
Руководство по эксплуатации	– 1 экз. на 25 термопреобразователей или меньшее количество при отправке в один адрес
Монтажный комплект	– поставляется в соответствии с техническими условиями и оговаривается при заказе

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода термопреобразователей в эксплуатацию.

4.2 Изготовитель гарантирует соответствие термопреобразователей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования монтажа, эксплуатации и хранения.

5 Свидетельство о приемке и первичной калибровке

Термопреобразователь ТСП- 1088 заводской № 189 соответствует техническим условиям ТУ 25-7363.042-90 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления 1 1. 2016
месяц, год

ВТК 584

отпечаток штампа ОТК

отпечаток калибровочного
клейма

6 Указания по калибровке

6.1 Периодическая калибровка термопреобразователей проводится по ГОСТ 8.461-82.

6.2 Межкалибровочный интервал устанавливается потребителем в соответствии с ДСТУ 3989-2000.

7 Сведения об утилизации

Термопреобразователь сопротивления, отработавший срок службы или вышедший из строя, надлежит сдавать для изъятия драгоценных материалов в соответствии с инструкцией Министерства финансов Украины № 08-402/30 от 05.02.93.