

СИГНАЛИЗАТОР ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЗОНД-1

Паспорт

5В2.840.394-50 ПС

5B2.840.394-50 ПС

1 Общие указания

1.1 Паспорт является эксплуатационным документом, определяющим комплектность сигнализатора полупроводникового ЗОНД-1 (далее – сигнализатор), его пригодность к эксплуатации и служит для внесения в него сведений, касающихся технического состояния сигнализатора при выпуске с предприятия-изготовителя и в процессе эксплуатации.

1.2 Правила заполнения и ведения паспорта:

- при записи в паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки;

- неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо;

- после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.3 Паспорт входит в комплект поставки сигнализатора и должен постоянно находиться с ним.

1.4 Перед эксплуатацией сигнализатора необходимо внимательно ознакомиться с его руководством по эксплуатации 5B2.840.394-50 РЭ.

1.5 Сигнализатор является средством измерительной техники и подлежит проверке при выпуске из производства, после ремонта и в эксплуатации. Межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

2 Основные сведения об изделии

Наименование изделия: Сигнализатор полупроводниковый ЗОНД-1- 57

Конструктивное исполнение БД

Обозначение изделия: 5B2.840.394- 53

Заводской номер: 18

Дата изготовления: 01. 14г.

Наименование и почтовый адрес предприятия-изготовителя:

ПАО "РОСС".

Украина, 61017, г. Харьков, ул. Котлова, 129.

3 Основные технические данные и характеристики

3.1 Основные технические данные и характеристики сигнализатора приведены в руководстве по эксплуатации 5B2.840.394-50 РЭ.

4 Комплектность

4.1 Комплектность сигнализатора приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество, шт.	Заводс- кой номер	Примечание
<u>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</u>				
5B6.451.615	Насадка	1	-	Для вынос- ного датчика
5B8.392.504	Ключ	1	-	
5B5.087.153	Зарядное устройство ЗУ-10	1	55	
5B5.170.329	Пульт настройки сигнализатора	-	-	
5B8.639.026	Амортизатор	1	-	
<u>КОМПЛЕКТЫ</u>				
5B4.175.402	Упаковка	1 комп.	-	
<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>				
5B2.840.394-50 ПС	Паспорт	1	-	
5B2.840.394-50 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	
5B5.087.153 ЭТ	Зарядное устройство ЗУ-10. Этикетка	1	-	
5B6.451.615 ЭТ	Насадка. Этикетка	1	-	
5B5.170.329 ЭТ	Пульт настройки сигнализатора. Этикетка	-	-	

Примечание – Пульт настройки сигнализатора 5B5.170.329 (с этикеткой 5B5.170.329 ЭТ) поставляется по отдельному заказу.

5 Свидетельство о приемке

Сигнализатор ЗОНД-1- 57 5B2.840.394- 53 заводской номер 18
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документации,
технических условий ТУ У 00203016.003-96 5B2.840.394 ТУ и признан годным
для эксплуатации.

МП

личная подпись

Начальник ОТК

расшифровка подписи

09. 14.
год, месяц, число

6 Свидетельство о поверке

Сигнализатор ЗОНД-1- 57 5B2.840.394- 53 заводской номер 18,
внесенный в Государственный реестр СИТ Украины за № У651-12, на основании
результатов поверки, произведенной ГП "Харьковский региональный научно-
производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации", признан
годным и допущен к применению.

МП

Государственный поверитель

09. 14 г.

7 Свидетельство об упаковывании

Сигнализатор ЗОНД-1- 57 5B2.840.394- 53 заводской номер 18
упакован ПАО "РОСС" согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

01.142
год, месяц, число

8 Гарантии изготовителя (поставщика)

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации сигнализатора – 18 месяцев со дня ввода сигнализатора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения сигнализатора – 12 месяцев.

Сигнализатор, у которого нарушены пломбы, к гарантийному ремонту не принимается.

8.2 Гарантии не распространяются на сигнализаторы, в которых для зарядки аккумуляторов потребитель использует зарядные устройства других типов.

8.3 Гарантии на гальванические элементы не распространяются.

5B2.840.394-50 ПС

9 Сведения о рекламациях

9.1 В случае отказа сигнализатора в работе или неисправности его в период действия гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- обозначение изделия, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;

- характер дефекта или неисправности;

- наличие у потребителя контрольно-измерительной аппаратуры и поверочных газовых смесей, указанных в руководстве по эксплуатации 5B2.840.394-50 РЭ.

Сигнализатор должен быть направлен в ремонт в комплекте с паспортом.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зарегистрированы в таблице 3.

Таблица 3

Дата	Краткое содержание предъявленной рекламации	Принятые меры